

pH 7,000 certifikovaný referenční materiál CRM standardní roztok pufru, 500 mL

Kat. číslo produktu: **S11M004**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Certifikované referenční materiály CRM podle normy EN ISO 17034

Certifikovaný referenční materiál CRM standardní roztok pH pufru IUPAC podle normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s certifikátem analýzy* reportující přesné hodnoty pH pufru. Garantovaná trvanlivost díky vzduchotěsně uzavřenému obalu. Bezbarvý roztok pH pufru. pH 7,000 ±0,010 (k = 2) při 25 °C, láhev 500 mL.

*Dostupné ke stažení z webu www.hach.com/CoA.

Akreditovaný výrobce referenčních materiálů
Společnost Hach je akreditována německým akreditačním úřadem DAkkS jakožto registrovaný výrobce referenčních materiálů dle normy DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Kalibrační laboratoř Hach se sídlem v Berlíně je registrována podle normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Plně sledovatelné standardy
Použití standardních roztoků vyrobených akreditovaným výrobcem referenčního materiálu Vám poskytuje naprostou jistotu v řetězci návaznosti a vypočtených nejistot.

2letá garantovaná trvanlivost
Každý standard se dodává ve vzduchotěsném hliníkovém obalu zaručujícím bezpečné uskladnění.

Až do prvního otevření je zaručena certifikovaná hodnota po dobu 2 let od data vydání certifikátu.

Stáhnout certifikát
Každý standard se dodává s vlastním certifikátem analýzy, který je k dispozici ke stažení na webu společnosti Hach.

Osvědčená sledovatelnost
Každý standard se dodává s vlastním certifikátem o shodě a sledovatelnosti, který je k dispozici ke stažení na webu www.hach.com. Použití standardních roztoků pH pufrů vyrobených akreditovanou laboratoří Vám poskytuje naprostou jistotu v řetězci návaznosti a vypočtených nejistot.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ne
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	pH
pH hodnota(y):	7,000 ±0,010 pH při 25 °C

Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Reagencie pro kalibraci pH pufru
Vysvětlivka:	1. S výjimkou pH 7,000 vytvořila složení naše firma podle specifikací NIST, IUPAC a DIN19266 pro pH 6,865 a pH 7,413 2. Institut Dansk Fundamental Metrologi A/S je akreditován pro měření pH Dánským fondem pro akreditaci a metrologii (Danish Accreditation and Metrology Fund neboli DANAK)(č. 255)