

Sada sekundárních gelových standardů SpecCheck, chlor DPD, střední rozsah

Kat. číslo produktu: **2980500**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Sada sekundárních standardů SpecCheck chlor pro stanovení chloru metodou DPD, střední rozsah. Obsahuje blank a 3 barvené kyvety, ~0,2, ~1,6, a ~2,7 mg/L Cl_2. Sady sekundárních gelových standardů SpecCheck, připravené k použití, obsahují čtyři 10mL (1palcové) zatavené skleněné kyvety s blankem a třemi různými standardy v typickém rozsahu analýzy, pokyny, plastové pouzdro a analytický certifikát. Standardy SpecCheck jsou strojově vyráběné a mají trvanlivost 2 roky od data výroby.

Poznámka: K použití pouze pro stanovení chloru metodou DPD, střední rozsah (Pocket Colorimeter II, DR300, DR900. Není určeno k použití s metodami pro nízký rozsah (včetně LR/HR kapesního kolorimetru II).

*Tento produkt nebyl hodnocen pro testy na chlor a chloraminy v aplikacích ve zdravotnictví v USA.

Standardy s pevným gelem - není nutná příprava

Ideální pro ověřování přístrojů v laboratoři a v terénu

Záruka výkonu 2 roky

Technické údaje

Koncentrace:	0 - 4,0 mg/L Cl_2
Metoda:	DPD
Obsah balení:	Sada 4 kyvet