

Náplň pro digitální titrátor, fenylarsin-oxid (PAO), 0,00564 N

Kat. číslo produktu: **199901** Nebezpečné



ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Pro stanovení nízkých koncentrací chloru amperometrickou titrací, s použitím digitálního titrátoru

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní
Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální
K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické
Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	10024
Metoda:	Amperometrický
Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Digital Titrator
Rozsah měření:	0 - 1 000 µg/L Cl_2
Rozsah měření (2):	0 - 1 000 µg/L Cl_2
Soulad s EPA:	Ano
Titrační roztok:	0,00564 N PAO