

Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, 0,2068 N

Kat. číslo produktu: **2267601**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Pro stanovení chromanů titrací digitálním titrátorem. 0,2068 N Na2S2O3. Číslice x 0,2 = mg/L CrO4 ve vzorku 50 mL.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní
Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální
K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické
Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8211
Metoda:	Jodometrická metoda
Parametr:	Chroman
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	20 - 400 mg/L CrO_4
Titrační roztok:	0,2068 N $Na_2S_2O_3$