

Sada reagencií, chlor (volný a celkový), DPD FEAS, digitální titrátor

Kat. číslo produktu: **2445300**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Nebezpečné



Pro stanovení chloru (volný a celkový) titrací digitálním titrátorem s železnatým etylenediamonium sulfátem, s použitím indikátoru DPD. Rozsah: Až do 3,00 mg/L Cl2. Sada reagencií zahrnuje: DPD volný chlor - reagencie, polštářky s práškem, DPD celkový chlor - reagencie, polštářky s práškem, železnatý etylenediamonium sulfát, titrační náplň, 0,00564 N. Přibližně 40 - 100 testů

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní
Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální
K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické
Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	DPD-FEAS
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	0 - 3.00 mg/L Cl_2