

# Sada reagencií, chlor (celkový), velmi nízký rozsah, DPD

**Kat. číslo produktu:** **2563000**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení velmi nízkých koncentrací celkového chloru metodou DPD. Metoda Hach 8370. Přijato organizací USEPA (Agentura pro ochranu životního prostředí USA) pro analýzy pitné vody a odpadní vody. Rozsah: 2 - 500 µg/L Cl2. Reagencie jsou baleny v ampulích pro zachování stability. Sada reagencií obsahuje roztok pufru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), DPD roztok indikátoru pro chlor, velmi nízký rozsah (ampule 1,5 mL), a reagencie, slepý test, pro 20 testů.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Číslo metody: | 8370 |
| Metoda: | DPD |
| Parametr: | Chlor |
| Počet testů: | 20 |
| Přístroj: | Vše s výjimkou DR 900, PC II |
| Rozsah měření: | 2 - 500 µg/L $Cl_2$ |
| Soulad s EPA: | Ano |
| Speciální funkce: | ULR DPD |