

Sada reagencií (vysoký rozsah), chlornany (bělicí roztok), digitální titrátor

Kat. číslo produktu: **2687000**

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení chlornanů (bělicí roztok) titrací digitálním titrátorem. Metoda Hach 10100. Rozsah: 5 - 15 % Cl_2 (50 - 150 g/L Cl_2). Thiosulfát sodný, stabilizované složení.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete
Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní
Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální
K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické
Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	10100
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	100
Rozsah měření:	5 - 15 % Cl_2