

Sada činidel pro stanovení kobaltu/niklu

Kat. číslo produktu: **2651600**

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení kobaltu (0,01-2,00 mg/L Co) a niklu (0,006-1,000 mg/L Ni) metoda PAN. Pro 10 mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8150
Metoda:	PAN
Objem vzorku:	10 mL
Parametr:	Kobalt, nikl
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000, DR/800
Rozsah měření:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Rozsah měření (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Speciální funkce:	Cobalt Nickel Reagent set, 10ml