



Sada činidel pro stanovení kobaltu/niklu

Kat. číslo produktu:

2242600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení kobaltu (0,01 - 2,00 mg/L Co) a niklu (0,006 - 1,000 mg/L Ni) metoda PAN. Pro vzorek 25 mL.

Technické údaje

Číslo metody:	8078
Metoda:	PAN
Objem vzorku:	25 mL
Parametr:	Cobalt, Nickel
Počet testů:	100
Popis:	Nikl, sada reagensů, metoda PAN, 25 mL
Přístroj:	DR/3000, DR/2000, DR 900
Rozsah měření:	0,01 - 2,00 mg/L Co
Rozsah měření (2):	0,006 - 1,000 mg/L Ni
Speciální funkce:	Cobalt Nickel Reagent set, 25ml