



Sada reagensií LeadTrak

Kat. číslo produktu:

2375000

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



V kyselině rozpustné olovo, které je přítomno ve vzorku pitné vody, se nejprve zakoncentruje v kolonovém extraktoru. Olovo je poté z extraktoru vymyto a stanoveno kolorimetricky pomocí indikátoru.

Sada reagensií pro stanovení olova metodou LeadTrak[™] s rychlou kolonovou extrakcí. Metoda Hach 8317. Rozsah: 5 až 150 µg/l jako Pb. Velikost vzorku: 100 ml. 20 testů/sada reagensií.

Technické údaje

Číslo metody:	8317
Metoda:	LeadTrak
Parametr:	Olovo
Počet testů:	20
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 800
Rozsah měření:	5 - 150 µg/L Pb
Shipping Method:	Lead Reagent set