



Oxid chloričitý, sada reagensů, 0,04-5,00 mg/L ClO₂

Kat. číslo produktu:

2770900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení oxidu chloričitého, metoda DPD/glycin. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	10126
Metoda:	DPD/glycin
Parametr:	Oxid chloričitý
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše
Rozsah měření:	0,04 - 5,00 mg/L ClO ₂
Soulad s EPA:	Ano