



Sada reaglií, mangan, vysoký rozsah, oxidace jodistanem, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2243200

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Nebezpečné



Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem, metoda Hach 8034. Schváleno organizací EPA pro účely reportování odpadních vod (je nutný rozklad) - federální registr Federal Register, 44, (116) 34193 (14. červen, 1979). Rozsah: 0,1 - 20,0 mg/L Mn. Velikost vzorku: 25 mL. Sada obsahuje: Pufr - polštářky s práškem (citrátový typ) a jodistan sodný - polštářky s práškem, pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8034
Metoda:	Oxidace jodistanem
Objem vzorku:	25 mL
Parametr:	Manganese
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
Soulad s EPA:	Ano