



Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, stabilizovaný, 0,02256 N

Kat. číslo produktu: 2409101
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Pro stanovení chloru titrací digitálním titrátozem. 0,02256 N, Číslice x 0,01 = mg/L Cl₂ v 100 mL, číslice x 0,0000282 = meq. Thiosulfát sodný, stabilizované složení.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8209
Metoda:	Jodometrická metoda
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	1 - 400 mg/L Cl ₂
Titrační roztok:	0,02256 N Na ₂ S ₂ O ₃